Laborbuch GES Galvanoforming

Geräte-Nr. ____________________

		Bestückung							ECOLYT SG 100			Becherglas								
Datum	Anzahl	Frontzahn	Prämolar	Molar	Inlay	Brücke	Verblockung	Basisplatten	g	Badvolumen ml	Charge-Nr. ECOLYT SG 100	70 ml	170 ml	350 ml	800 ml	ACTIVATOR SG 100 (ml)	Charge-Nr. ACTIVATOR SG 100	Laufzeit (h)	Gewicht der Teile	Bemerkungen
Beispiel 13. 3. 1997	6	2	1	1	2	—	—	—	2,85	190	139511			X		3,00	279510	6	2,8	